

UV-A & UV-B 輻射計



UV-A DPA007	UV-B DPA009
光譜範圍 315 至 400	光譜範圍 280 至 315
輸出：0 至 300mV	
也具有 4 至 20mA 輸出 Type	
監測範圍 0 至 70W/m ²	
不穩定性 12%(整日)	

DPA504 日照時數測定儀



符合 WMO 日輻射測定標準之感光元件 Photodiode

光譜範圍：300 至 1100nm

每日總量偏差 15%以下

量測範圍：0 至 1500W/m²

訊號輸出：60 至 300mV 或 4 至 20mA

日照強度起測值：120W/m²(WMO 規定)

紀錄輸出：on/off 0 至 5V TTL(4 至 20mA)

偏差值：小於 0.1 小時(無雲狀態)

電力需求：10 至 14VDC

典瑞企業有限公司

234 新北市永和區水源街 2 巷 8 弄 1 號

TEL : (02)2927-0808

FAX : (02)2926-4178

網址 : www.carrierco.com.tw

E-mail : sales@carrierco.com.tw

聯絡人：邱俊賢

手機：0935-202-094

氣象監測/水文測量/太陽&風力發電/環境採樣/建築物舒適度評估/植物生理分